



UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO

"ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE"

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

ACTA DE ENTREGA DE BIENES

DATOS DEL PROVEEDOR:

FOLIO No.0691/18

Nombre o Razón Social	R.F.C.	No. Req. C. Documento	No. de pedido
EQUIPOS Y ACCESORIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	EAS010116BR7	16257930	CT/DRM-29022001/0541/18

A través de la DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES se entregan los BIENES que a continuación se describen según FACTURA No. **FB10683** correspondiente al programa 12226 PRODEP 2018 asignado a la DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, (COORD. INV.).

NOTA: PARA DR. GABRIEL NUÑEZ NOGUEIRA

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	PIEZA	COLORIMETRO PORTATIL MODELO DR/900. MARCA HACH. NUMERO DE CATALOGO: 9385100. PARA ANALISIS DE AGUA POTABLE, RESIDUAL E INDUSTRIAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: USO RUDO A PRUEBA DE CAIDAS Y GOLPES, A PRUEBA DE AGUA, POLVO Y MUY RESISTENTE PARA USO EN CAMPO. MIDE 90 PARAMETROS INCLUYENDO COD, DESDE AL ALUMINIO HASTA EL ZINC ALMACENADOS EN MEMORIA; INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA; CONSERVA HASTA 500 MEDICIONES EN SU MEMORIA INTERNA (RESULTADO, FECHA, HORA, ID DE MUESTRA, ID DE USUARIO) Y CUENTA CON PUERTO USB TIPO MINI IP67 PARA FACIL DESCARGA; SELECCIÓN DE LONGITUD DE ONDA: AUTO SELECCIONABLE. (420, 520, 560 Y 610 NM; MODOS DE OPERACIÓN: TRANSMITANCIA, ABSORBANCIA Y CONCENTRACION; UNIDADES DE OPERACION: ?g/L, mg/L, g/L, ABS, %T; FUENTE DE LUZ: POR LEDS; PANTALLA GRAFICA 240 X 160 PÍXELES CON RETROILUMINACION. ALIMENTACION ELECTRICA: 4 BATERIAS ALCALINAS "AA" NO INCLUIDAS; PROTECCION DE LA CARCAZA IP67 (TAPA DE PROTECCION CERRADA; DIMENSIONES: 23,1 x 9,6 x 4,8 cm (9,1 x 3,8 x 1,9"); PESO: 0.6 KG CON BATERIA INCLUYE: DOS CELDAS PARA MUESTRAS DE 1 PULGADA CON MARCAS A LOS 10, 20 Y 25 ML, DOS CELDAS DE PLASTICO DE 1 CM, UN ADAPTADOR PARA Tes'N Tube/COD PARA 16 MM Y MANUAL ILUSTRATIVO DEL INSTRUMENTO EN VARIOS IDIOMAS Y CABLE MINI USB A USB PARA DESCARGA DE DATOS. GARANTIA DE 1 AÑO, APLICA SOLO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. (EQ. MULTIPARAMETRO DR900 COLORIMETER)

Se levanta la presente acta en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 29 días del mes de noviembre del 2018, siendo las 13:24 hrs

C. P. Ana Luisa Pérez Herrera

C. P. ANA LUISA PÉREZ HERRERA
ENCARGADA DEL DESPACHO
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

MTro. Arturo E. Sánchez Maglioni
MTRO. ARTURO E. SANCHEZ MAGLIONI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
D.A.C. BIOLOGICAS