



grupocomsurlab

TODO PARA SU LABORATORIO

UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO

AVENIDA UNIVERSIDAD S/N ZONA DE LA CULTURA

COL. MAGISTERIAL

VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO CP: 86040

RFC: UJA5801014N3

RFC GCO1012042Y2

Av. José Pagés Llergo No. 345

Colonia Nueva Villahermosa

Villahermosa, Tab. 86070

(993) 354.8521, 8737 Y 8698

ventas@grupocomsurlab.com

www.grupocomsurlab.com

Remisión No.

REM21722

OC No.

17008591

Fecha

19/11/2020

PART.	CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	HI83325-01	Fotómetro multiparamétrico y medidor de pH para análisis de nutrientes de plantas (115V), Mca. Hann a HI83325 también funciona como un medidor de pH profesional ya que incluye una entrada digital para electrodo de pH/temperatura. Intervalo de pH Fotómetro: 6.5 a 8.5 pH Electrodo pH: -2.00 a 16.00 pH Resolución del pH Fotómetro: 0.1 pH Electrodo pH: 0.01 pH Exactitud del pH Fotómetro: ± 0.1 pH Electrodo pH: ± 0.01 pH Calibración del pH Calibración automática a uno o dos puntos con un conjunto de valores de solución di sponibles (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01)	Pieza	1

ENTREGA A 15 DÍAS, SALVO VENTAS

Series: ACC0439160



UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA
DE TABASCO

19 NOV 2020

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE
RECURSOS MATERIALES

Best Way

Se recibe material a entera satisfacción del cliente.

Una vez recibido no se aceptan cambios ni devoluciones.

Nombre Completo: Rosy Rodriguez

Firma: _____

Fecha: _____