



CUNDUACAN, TABASCOA 04 DE OCTUBRE DEL 2021
CARTA DE ENTREGA

UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE JALPA DE MÉNDEZ
DRA. CAROLINA CONDE MEJÍA

PRESENTE

Con esta fecha se hace entrega de un "baño termostático con refrigeración y circulación (DC-2006XL) con Capacidad: Aprox. 6 litros Intervalo de temperatura: -20°C a 100°C, dimensiones del baño, Estabilidad: $\pm 0.05^\circ\text{C}$, Caudal o flujo volumétrico: 0 - 20 L/min, Visualización de parámetros: Pantalla LCD Dimensiones del baño: Aprox. 180 x 260 x 130 mm, Dimensiones del equipo: Aprox. 300 x 390 x 660 mm, Apertura del baño: 180 x 140 mm, Peso neto: Aprox. 35.4 kg, Potencia: 1280W, Alimentación: CA110V, 60Hz, La bomba Rocker es libre de mantenimiento no requiere lubricantes, cuenta con un dispositivo de protección que apaga el equipo cuando se sobre, calienta y se reinicio cuando baja la temperatura. Ideal para aplicaciones como: Filtración para pruebas microbiológicas, muestreo de aire, prueba de sólidos en suspensión, filtración al vacío. Vacío máximo: 670 mm Hg, Máxima velocidad (tasa) de flujo: 37 L/min Rotor de motor: 1750 RPM, Potencia: 1/6 HP, Rosca de conexión: 5/16 pulgadas (8 mm), Nivel de ruido: 52 Db, Potencia máxima: 100 W Corriente máxima: 1.0 A, Voltaje/Frecuencia: 110V/60 Hz, Peso neto: 5.2 Kg", con número de serie S/N 71221108 // SN 167400-11-BACA095 solicitado por ustedes en el pedido número CT/DRM-29022001/0460/2021, un año de garantía contra defectos de fabricación.



Carolina
Carolina Conde Mejía

4-oct-2021

FIRMA DE CONFORMIDAD

PERIFERICO 312- 270 CENTRO C.P. 86690, CUNDUACAN TABASCO, MÉXICO
TEL. 933-103-0269, 914-279-5868, ventas@rosdi.com.mx, benjamin.ventas@rosdi.com.mx