



**UNIVERSIDAD JUÁREZ
AUTÓNOMA DE TABASCO**

“ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE”

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

ACTA DE ENTREGA DE BIENES

DATOS DEL PROVEEDOR:

FOLIO No.0989/17

Nombre o Razón Social	R.F.C.	No. Req. C. Documento	No. de pedido
LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LT1960220FP5	15609698	CT/DRM-29022001/0704/17

A través de la DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES se entregan los **BIENES** que a continuación se describen según FACTURA No. **LT99676** correspondiente al programa 12188 CONABIO asignado a la DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, (COORD. INV.).

NOTA: PARA DRA. JULIA MARIA LESHER GORDILLO

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	PIEZA	TSGP20 BAÑO DE AGUA DIGITAL DE PROPOSITOS GENERALES MODELO GP 20 THERMO SCIENTIF ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD 20 L RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE A 100AC ESTABILIDAD/UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA: ±0.1AC /0.2AC A 70AC ROBUSTOS Y DE ALTO DESEMPEÑO DISEÑADOS PARA MANTENER UNA TEMPERATURA DE AMBIENTA HASTA 100AC CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE SOBRE TEMPERATURA TIMER PARA PROGRAMACIÓN DE AUTO-ENCENDIDO Y AUTO-APAGADO INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE FÁCIL LIMPIEZA EXTERIOR CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO TERMINADO EN POLVO CON ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y QUÍMICOS CONTROL POR MICROPROCESADOR INTEGRADO PROTECCIÓN POR ALARMA AUDIBLE INCLUYE TAPA DE POLICARBONATO Y MANGUERA DE DRENADO DIMENSIONES DE LA CÁMARA: 11.7"(29.7CM) DE LARGO X 19.7"(50CM) DE ANCHO X 5.9"(15CM) DE ALTO DIMENSIONES EXTERNAS: 15.4"(39.2CM) DE LARGO X 21.8"(55.5CM) DE ANCHO X 9.2"(23.3CM) DE ALTO REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS. 100-115/200-230 V 50/60 HZ 1200W

Se levanta la presente acta en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 01 días del mes de diciembre del 2017, siendo las 16:40 hrs

Gna Ana Luisa Pérez Herrera

**C. P. ANA LUISA PEREZ HERRERA
ENCARGADA DEL DESPACHO
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**

Arturo E. Sanchez Maglioni
**MTRO. ARTURO E. SANCHEZ MAGLIONI
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
D.A.C. BIOLÓGICAS**