



**UNIVERSIDAD JUÁREZ  
AUTÓNOMA DE TABASCO**

“ESTUDIO EN LA DUDA. ACCIÓN EN LA FE”

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

**ACTA DE ENTREGA DE BIENES**

**DATOS DEL PROVEEDOR:**

**FOLIO No.0831/17**

Nombre o Razón Social	R.F.C.	No. Req. C. Documento	No. de pedido
LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.	LTI960220FP5	15790604	CT/DRM-29022001/0720/17

A través de la DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES se entregan los BIENES que a continuación se describen según FACTURA No. LT97527 correspondiente al programa 12183 PFCE 2016 asignado a la DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS.

PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
1	1	EQUIPO	HORNO DE SECADO CON CONTROL DIGITAL, CONVECCION POR GRAVEDAD, CAPACIDAD 42.8 L. MARCA TERLAB Especificaciones: Panel de control de control digital de temperatura programable a base de microprocesador de entrada universal, tipo PID, control de fase-ahorro de energía. Sensor de platino tipo PT-100 Rango de temperatura de ambiente +5 a 250aC (opcional 300aC) Sensibilidad ±1.0aC Estabilidad ±1.0aC Camara interior en acero inoxidable 430 acabado espejo ó 304. Gabinete exterior en acero al carbón esmaltado con pintura epóxica o pintura electroestática. Puerta con sello de silicón para alta temperatura Incluye dos charolas de acero inoxidable Medidas de la camara: 35 cm de ancho x 35 cm de fondo x 35 cm de alto. Medidas externas: 52 cm de ancho x 48 cm fondo x 77 cm de alto. Opera a 120 V 50/60 Hz., 800 watts

Se levanta la presente acta en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco a los 24 días del mes de octubre del 2017, siendo las 11:50 hrs

**C. P. ANA LUISA PEREZ HERRERA  
ENCARGADA DEL DESPACHO  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES**

**MTRO. ARTURO E. SANCHEZ MAGLIONI  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
D.A.C. BIOLÓGICAS**