

UNIVERSIDAD JUÁREZ **ÓNOMA DE TABASCO**
 REQUISICIÓN DE COMPRA (CAPITULO 2000 Y 5000)

Fecha del Reporte : 27/09/2017

Folio: F-883

Documento	15790631	Fecha de Req.	27/09/2017	U. Responsable	33000A DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLOGICAS						
Descripcion	F-883 SOLI EQ LAB BMS 6.3.2.2.30										
Ident	Sfdo	Proy.	Meta	Prog	Descripcion Programa	Plan Cuentas	C.O.G.	Descripcion Subcta.	Canti dad	Descripcion del Articulo	Monto
13184074	12183	20170161	1	1103	SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	12432	53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	1	BALANZA ANALITICA	\$34,032.08

20718 1581338A

Total \$34,032.08


Autorizado

[Signature]

MTRA. ROSA MARTHA RUIRON LOPEZ
 DIRECTOR DIV. ACADEMICA


UJAT
 DIVISION ACADEMICA
 DE CIENCIAS BIOLOGICAS

[Signature]
 ARTURO ENRIQUE SANCHEZ MAGLON
 COORDINADOR ADMIVO.
 DIRECCION



Original: Secretaría de finanzas o Secretaría administrativa
 C.c.p. : Área presupuestal
 C.c.p. : Unidad Responsable

[Handwritten signature]
 27/09/17




UNIVERSIDAD JUÁREZ **ÓNOMA DE TABASCO**
 ESPECIFICACIONES DE LA REQUISICIÓN DE COMPRA (CAPITULO 2000 Y 5000)

Fecha del Reporte : 27/09/2017

Folio: F-883

Documento	15790631	Fecha de Req.	27/09/2017	U. Responsable	33000A DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
Descripción	F-883 SOLI EQ LAB BMS 6.3.2.2.30				
Ident	Canti dad	Descripción del Artículo		Características:	
131840	1	BALANZA ANALITICA		BALANZA ANALITICA CON CAPACIDAD DE 252 G X 0.1 MG. OFRECE PRECISION, EXACTITUD Y CONFIABILIDAD EN UN DISEÑO COMPACTO Y VERSATIL. SENSOR CON TECNOLOGIA A&D, ESTABILIZACION EN 2 SEGUNDOS, PUERTA CORREDIZA ROTATORIA, CALIBRACION AUTOMATICA EXTERNA, 14 UN	

UJAT Coordinador
 DIVISION ACADEMICA
 DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



MTR. ARTURO ENRIQUE SANCHEZ MAGLIONI
 COORDINADOR ADMIVO.

DIRECCIÓN