

CDC

UNIVERSIDAD JUÁREZ ALDEA DE TABASCO
REQUISICIÓN DE COMPRA (CAPITULO 2000 Y 5000)

Folio: _____

Fecha del Reporte : 10/03/2016

Destino: SECRETARIO SERV. ADMVOS.
MTRO. RUBICEL CRUZ ROMERO

U. Responsable 32000A DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS

Documento	14720478	Fecha de Req.	05/02/2016	U. Responsable 32000A DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS							
Descripcion	MAGNETÓMETRO PORTÁTIL										
Ident	Sído	Proy.	Meta	Prog	Descripcion Programa	Plan Cuentas	C.O.G.	Descripcion Subcta.	Cantidad	Descripcion del Artículo	Monto
13135024	12150	20160656	1	1103	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	12431	53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1	MAGNETÓMETRO PORTÁTIL	\$250,000.00
Total											\$250,000.00

14804959 R-0109

Autorizado

[Signature]
DR. GERARDO DELGADILLO PIÑÓN

DIRECTOR DIV. ACAD.

Coordinador

[Signature]
MTRO. HUGO DEL ANGEL DELGADO

COORDINADOR ADMVO.

Vo. Bo.


[Signature]

C.P. ANA LUISA PEREZ HERRERA

COORDINADOR

UNIVERSIDAD JUÁREZ ALDEA DE TABASCO
11 MAR 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Original, Secretaria de finanzas o Secretaria administrativa
C.c.p. : Area presupuestal
C.c.p. : Unidad Responsable



UNIVERSIDAD JUÁREZ AL ESTADO DE TABASCO
ESPECIFICACIONES DE LA REQUISICIÓN DE COMPRA (CAPITULO 2000 Y 5000)

Fecha del Reporte : 10/03/2016

Folio: _____

Documento	14720478	Fecha de Req.	05/02/2016	U. Responsable	32000A DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS BASICAS
Descripcion	MAGNETOMETRO PORTÁTIL				
Ident	Canti	dad	Descripcion del Artículo	Características:	
131350	1		MAGNETOMETRO PORTÁTIL	MAGNETOMETRO PORTÁTIL CON SENSIBILIDAD DE 0.022HZ. RESOLUCIÓN DE 0.01 NT, RANGO DE 20.000 A 120.000 NT TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -40 A +50°C.	

Coordinador

MTRO. HUGO DEL ANGEL DELGADO
COORDINADOR ADMVO.